仕様詳細

１．購入物品及び数量
　ジャーテスター　２台

２．納入台数
- 大阪広域水道企業団　大庭浄水場　　１台
- 大阪広域水道企業団　三島浄水場　　１台

３．仕様

項目	仕様
方式、性能	● 架台に 6 個の 1L ビーカーをセットできること ● 撹拌シャフトは上下方向に移動可能で、任意の位置で停止できること ● 撹拌回転数は少なくとも 20～200rpm の範囲で動作可能で、かつ、安定した回転数を維持できること ● タイマー(撹拌時間設定)は少なくとも 2 個(60 分まで設定可能であること)有すること ● セットしたビーカーに、底面と背面から照明を照射できること ● AC100V(50/60Hz)で動作可能であること
外形寸法	● 本体寸法は、幅 1100mm 以下、奥行 420mm 以下、高さ 700mm 以下であること

４．参考機種例
- ジャーテスターL JMD-6L(宮本理研工業株式会社)

５．その他
- ジャーテスターと電源(AC100V(50/60Hz)、15A(接地極なしコンセント))の接続に必要な部品(プラグ等)及び費用は、すべて受注者が用意、負担すること
- 付属品としてジャーテスター1台につき取扱説明書(日本語)を2部用意すること